

Fracture vertébrale et traitement par appareillage orthopédique

Type de fracture	appareillage orthopédique recommandé <i>en règle générale, de manière indicative – à modifier par le prescripteur selon les cas</i>
C1 à C6	minerve thermoformée sur mesure 
C6 à D1	orthèse cervicale SOMI brace (Sternal Occipital Mandibular Immobilizer), appelée aussi Repona 
D1 à D8	corset-minerve type Milwaukee bivalves 
Combinée, cervicale, dorsale ou lombaire	
D8 à D11	corset 3 points avec épaulettes 
D11 à L5	corset 3 points 
Postérieure lombaire	corset BOB (Boston Overlap Brace) 

Tous nos corsets peuvent être réalisés sur mesure à l'aide du système informatique CFAO. Le scannage laser 3D, propre et rapide, offre un meilleur confort au patient. Il est également une aide précieuse lors de prises de mesures sur des anatomies particulières.